

## Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

June 22<sup>nd</sup>, 2020Product code / Código de producto: CD20

Product description / Descripción de producto: Multi-variable Chemical Indicator for Steam sterilization processes, type 4 (according to ISO 11140-1). / Indicador Químico multi-variable para procesos de esterilización por Vapor, tipo 4 (conforme ISO 11140-1).

Batch number / Número de lote: CD20020620Manufacture date / Fecha de fabricación: 2020-06Expiration date / Fecha de vencimiento: 2025-06Transition color / Color de Transición: Turns to Green. / Vira a Verde.Endpoint conditions / Condiciones del punto final: 15 min., 121 °C // 3.5 min., 134 °C

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**CONCLUSION:** Product batch **CD20020620** meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation. / El lote de producto **CD20020620** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.



TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO