

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

March 9th, 2020Product code / Código de producto: CD20

Product description / Descripción de producto: Multi-variable Chemical Indicator for Steam sterilization processes, type 4 (according to ISO 11140-1). / Indicador Químico multi-variable para procesos de esterilización por Vapor, tipo 4 (conforme ISO 11140-1).

Batch number / Número de lote: CD20140220Manufacture date / Fecha de fabricación: 2020-02Expiration date / Fecha de vencimiento: 2025-02Transition color / Color de Transición: Turns to Green. / Vira a Verde.Endpoint conditions / Condiciones del punto final: 15 min., 121 °C // 3.5 min., 134 °C

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **CD20140220** meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation. / El lote de producto **CD20140220** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.



TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO