

March 24th, 2022**Product code / Código de producto:** CD20**Product description / Descripción de producto:** Multi-variable Chemical Indicator for Steam sterilization processes, type 4 (according to ISO 11140-1). / Indicador Químico multi-variable para procesos de esterilización por Vapor, tipo 4 (conforme ISO 11140-1).**Batch number / Número de lote:** B20116**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2022-03**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2027-03**Transition color / Color de Transición:** Turns to Green. / Vira a Verde.**Endpoint conditions / Condiciones del punto final:** 15 min., 121 °C // 3.5 min., 134 °C

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **B20116** meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation. / El lote de producto **B20116** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.

**TERRAGENE S.A.**Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO