



02-2012

TERRAGENE
BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: CD21

Product description / Descripción de producto: Chemical Indicator for steam sterilization process. (Roll per 1000 stickers). Class 1 (EN ISO 11140-1:2009)/ Indicador Químico para procesos de esterilización por vapor. (Rollo de 1000 etiquetas autoadhesiva) Clase 1 (EN ISO 11140-1:2009)

Batch number / Número de Lote: CD21022012

Manufacture date / Fecha de fabricación: 02.2012

Expiration date / Fecha de vencimiento: 02.2017

Transition color / Color de Transición: Turns to green/ Vira a verde

Process specification / Especificaciones de proceso: 10 min., 121°C/ 2.0 min., 134°C,
STEAM

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established.

Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

Conclusion: The product batch **CD21022012** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **CD21022012** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.



TERRAGENE S.R.L.
Lic. Adrian Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO