

## Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

May 31<sup>st</sup>, 2017**Product code / código de Producto:** CD21**Product description / Descripción de producto:** Chemical Indicator for Steam sterilization processes (1000 self-adhesive labels per roll). Type 1 (ISO 11140-1:2014) / Indicador Químico para procesos de esterilización por Vapor (Rollo de 1000 etiquetas autoadhesivas). Tipo 1 (ISO 11140-1:2014).**Batch number / Número de lote:** CD21220517**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2017-05**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2022-05**Transition color / Color de Transición:** Turns to Green / Vira a Verde.**Process specification / Especificaciones de proceso:** 10 min., 121 °C // 2.0 min., 134 °C.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**CONCLUSION:** Product batch **CD21220517** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation / El lote de producto **CD21220517** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.  
Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO