



05-2013

TERRAGENE
BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

PRODUCT QUALITY CERTIFICATE / CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO

Product code / Código de Producto: CD210

Product description / Descripción de producto: Chemical Tubes for Steam Sterilization Control CHEMDYE® TERRAGENE®. Class 4 (EN ISO 11140-1:2009) / Tubos químicos para control de esterilización por Vapor CHEMDYE® TERRAGENE®. Clase 4 (EN ISO 11140-1:2009)

Batch number / Número de Lote: CD210300513

Manufacture date / Fecha de fabricación: 05.2013

Expiration date / Fecha de vencimiento: 05.2014

Transition color / Color de Transición: Turns to green / Vira a verde.

Process specification / Especificaciones de proceso: for use in steam and fluid sterilizers working at 15 min 121 °C / 10 min 126 °C. BLACK SPOT. - 15 min 121 °C / 10 min 126 °C en autoclaves de vapor y de fluidos. PUNTO NEGRO.

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: The product batch **CD210300513** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **CD210300513** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.



TERRAGENE S.R.L.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO