



May 20th, 2014

Product Quality Certificate / Certificado De Calidad De Producto

Product code / Código de Producto: CD210

Product description / Descripción de producto: Chemical Tubes for Steam sterilization control.
Class 4 (EN ISO 11140-1:2009) / Tubos químicos para control de esterilización por Vapor. Clase 4
(EN ISO 11140-1:2009)

Batch number / Número de Lote: CD210160514

Manufacture date / Fecha de fabricación: 05.2014

Expiration date / Fecha de vencimiento: 05.2015

Transition color / Color de Transición: Turns to Green / Vira a Verde

Process specification / Especificaciones de proceso: for use in steam and fluid sterilizers, 15 min., 121 °C // 10 min., 126 °C. BLACK SPOT / Para uso en autoclaves de vapor y de fluidos, 15 min., 121 °C // 10 min., 126 °C. PUNTO NEGRO.

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established.
/Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

Conclusion: The product batch **CD210160514** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **CD210160514** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.



TERRAGENE S.R.L.
Lic. Adrián Revetto
DIRECTOR TÉCNICO