



October 27th, 2015

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / código de Producto: CD210

Product description / Descripción de producto: Multi-variable Chemical Tubes for Steam sterilization control. Class 4 (EN ISO 11140-1:2009) / Tubos químicos Multi-variable para control de esterilización por Vapor. Clase 4 (EN ISO 11140-1:2009).

Batch number / Número de lote: CD210031115

Manufacture date / Fecha de fabricación: 03.11.15

Expiration date / Fecha de vencimiento: 03.11.20

Transition color / Color de Transición: Turns to Green / Vira a Verde.

Process specification / Especificaciones de proceso: for use in steam and fluid sterilizers, 15 min., 121 °C // 10 min., 126 °C. BLACK SPOT / Para uso en autoclaves de vapor y de fluidos, 15 min., 121 °C // 10 min., 126 °C. PUNTO NEGRO..

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and EN ISO 11140-1:2009 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **CD210031115** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation / El lote de producto **CD210031115** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO