

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

May 14th, 2020Product code / código de Producto: CD210

Product description / Descripción de producto: Multi-variable Chemical Tubes for Steam sterilization control. Type 4 (according to ISO 11140-1). / Tubos químicos Multi-variable para control de esterilización por Vapor. Tipo 4 (conforme ISO 11140-1).

Batch number / Número de lote: CD210290420Manufacture date / Fecha de fabricación: 2020-04Expiration date / Fecha de vencimiento: 2022-04Transition color / Color de Transición: Turns to Green. / Vira a Verde.

Endpoint conditions / Condiciones del punto final: 126 °C, 10 minutes // 121 °C, 15 minutes. / 126 °C, 10 minutos // 121 °C, 15 minutos.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP y ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **CD210290420** meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation. / El lote de producto **CD210290420** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO