



04-05-10



TERRAGENE

BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: CD22

Product description / Descripción de producto: Chemical Indicator strip for steam sterilization process. Class 1 (EN ISO 11140-1:2009) / Tira con Indicador Químico para procesos de esterilización por vapor. Clase 1 (EN ISO 11140-1:2009)

Batch number / Número de Lote: CD22 18.08.09

Manufacture date / Fecha de fabricación: 08.2009

Expiration date / Fecha de vencimiento: 08.2014

Transition color / Color de Transición: Turns to black / Vira al negro

Process specification / Especificaciones de proceso: 10 min., 121 °C / 2.0 min., 134°C.

STEAM

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established.

Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

Conclusion: The product batch **CD22 18.08.09** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **CD22 18.08.09** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.

BIOTECNOLOGIA Y GE

TERRAGENE S.R.L.

Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO