



04-2013

TERRAGENE

BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

**Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto**

**Product code / Código de Producto:** CD22

**Product description / Descripción de producto:** Chemical Indicator strip for steam sterilization process. Class 1 (EN ISO 11140-1:2009) / Tira con Indicador Químico para procesos de esterilización por vapor. Clase 1 (EN ISO 11140-1:2009)

**Batch number / Número de Lote:** CD22042013

**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 04.2013

**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 04.2018

**Transition color / Color de Transición:** Turns to black / Vira al negro

**Process specification / Especificaciones de proceso:** 10 min., 121 °C / 2.0 min., 134°C. STEAM

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established./Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**CONCLUSION:** The product batch **CD22042013** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **CD22042013** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.



TERRAGENE S.R.L.  
Lis. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TECNICO

Terragene S.R.L.

Güemes 2879 - 2000 Rosario - Santa Fe - Argentina

Tel.: +54 341 4362015 / 4306245 / 4300446 / 4300616

[www.terragene.com.ar](http://www.terragene.com.ar)