



20-09-12



TERRAGENE

BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: CD22

Product description / Descripción de producto: Chemical Indicator strip for steam sterilization process. Class 1 (EN ISO 11140-1:2009) / Tira con Indicador Químico para procesos de esterilización por vapor. Clase 1 (EN ISO 11140-1:2009)

Batch number / Número de Lote: CD22092012

Manufacture date / Fecha de fabricación: 09.2012

Expiration date / Fecha de vencimiento: 09.2017

Transition color / Color de Transición: Turns to black / Vira al negro

Process specification / Especificaciones de proceso: 10 min., 121 °C/ 2.0 min., 134°C. STEAM

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established./Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

Conclusion: The product batch **CD22092012** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **CD22092012** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.

BIOTECNOLOGIA Y GENETICA



TERRAGENE S.R.L.
Lis. Adrián Rovetto
DIRECTOR TECNICO

Terragene S.R.L.

Güemes 2879 - 2000 Rosario - Santa Fe - Argentina

Tel.: +54 341 4362015 / 4306245 / 4300446 / 4300616

www.terragene.com.ar

