



09-04-13

TERRAGENE
BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: CD220

Product description / Descripción de producto: Chemical Tubes for Steam Sterilization Control CHEMDYE® TERRAGENE®. Class 4 (EN ISO 11140-1:2009) / Tubos químicos para control de esterilización por Vapor CHEMDYE® TERRAGENE®. Clase 4 (EN ISO 11140-1:2009)

Batch number / Número de Lote: CD220042013

Manufacture date / Fecha de fabricación: 04.2013

Expiration date / Fecha de vencimiento: 04.2014

Transition color / Color de Transición: Turns to green / Vira a verde.

Process specification / Especificaciones de proceso: for use in steam autoclaves working at 3 to 3.5 min 134 °C. YELLOW SPOT. / 3 a 3.5 min 134 °C para ser usados en autoclaves de vapor y de fluidos. PUNTO AMARILLO.

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established./Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

Conclusion: The product batch **CD220042013** meets the specifications under USP and EN ISO11140-1:2009 regulation./El lote de producto **CD220042013** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.



TERRAGENE S.R.L.
Lig. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO

