



July 14<sup>th</sup>, 2016

**Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto**

**Product code / código de Producto:** CD227

**Product description / Descripción de producto:** Chemical Indicator for Steam sterilization processes. (Roll per 1000 self-adhesive labels). Class 1 (EN ISO 11140-1:2009) / Indicador Químico para procesos de esterilización por Vapor. (Rollo de 1000 etiquetas autoadhesiva). Clase 1 (EN ISO 11140-1:2009)

**Batch number / Número de lote:** CD227020516

**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2016-05

**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2021-05

**Transition color / Color de Transición:** Turns to Brown or darker / Vira a Marrón o más oscuro.

**Process specification / Especificaciones de proceso:** 10 min., 121 °C // 2 min., 134 °C.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and EN ISO 11140-1:2009 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**CONCLUSION:** Product batch **CD227020516** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation/ El lote de producto **CD227020516** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.



TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO