



August 8th, 2015

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / código de Producto: CD227

Product description / Descripción de producto: Chemical Indicator for Steam sterilization processes. (Roll per 1000 self-adhesive labels). Class 1 (EN ISO 11140-1:2009) / Indicador Químico para procesos de esterilización por Vapor. (Rollo de 1000 etiquetas autoadhesiva). Clase 1 (EN ISO 11140-1:2009)

Batch number / Número de lote: CD227270715

Manufacture date / Fecha de fabricación: 27.07.15

Expiration date / Fecha de vencimiento: 27.07.20

Transition color / Color de Transición: Turns to Brown or darker / Vira a Marrón o más oscuro.

Process specification / Especificaciones de proceso: 10 min., 121 °C // 2 min., 134 °C.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and EN ISO 11140-1:2009 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **CD227270715** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation / El lote de producto **CD227270715** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO