

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

January 26th, 2018Product code / Código de producto: CD227

Product description / Descripción de producto: Chemical Indicator for Steam sterilization processes. (1000 self-adhesive labels per roll). Type 1 (ISO 11140-1:2014) / Indicador Químico para procesos de esterilización por Vapor. (Rollo de 1000 etiquetas autoadhesiva). Tipo 1 (ISO 11140-1:2014)

Batch number / Número de lote: CD227110118Manufacture date / Fecha de fabricación: 2018-01Expiration date / Fecha de vencimiento: 2023-01Transition color / Color de Transición: Turns to Brown or darker / Vira a Marrón o más oscuro.Process specification / Especificaciones de proceso: 10 min., 121 °C // 2 min., 134 °C.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **CD227110118** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation/ El lote de producto **CD227110118** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO