



⊕

14-10-11

TERRAGENE

BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: CD23

Product description / Descripción de producto: Chemical Indicator for steam sterilization process. (Roll per 750 double adhesive labels). Class 1 (EN ISO 11140-1:2009)/ Indicador Químico para procesos de esterilización por vapor. (Rollo de 750 etiquetas doble adhesivo) Clase 1 (EN ISO 11140-1:2009)

Batch number / Número de Lote: CD23 141011

Manufacture date / Fecha de fabricación: 10.2011

Expiration date / Fecha de vencimiento: 10.2016

Transition color / Color de Transición: Turns to Brown/ Vira a marrón

Process specification / Especificaciones de proceso: 10 min., 121°C / 2.0 min., 134°C,
STEAM

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established.

Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

Conclusion: The product batch **CD23 141011** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **CD23 141011** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.


TERRAGENE S.R.L.
Liz. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO