



TERRAGENE
BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

02-2014

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: CD23

Product description / Descripción de producto: Chemical Indicator for steam sterilization processes (Roll per 750 double self-adhesive labels). Class 1 (EN ISO 11140-1:2009) / Indicador Químico para procesos de esterilización por vapor (Rollo de 750 etiquetas doble autoadhesivas). Clase 1 (EN ISO 11140-1:2009).

Batch number / Número de Lote: CD23140214

Manufacture date / Fecha de fabricación: 02.2014

Expiration date / Fecha de vencimiento: 02.2019

Transition color / Color de Transición: Turns to Brown / Vira a Marrón

Process specification / Especificaciones de proceso: 10 min., 121°C // 2 min., 134 °C

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

Conclusion: The product batch **CD23140214** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **CD23140214** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.



TERRAGENE S.R.L.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO