



07-2013

TERRAGENE
BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: CD23

Product description / Descripción de producto: Chemical Indicator for steam sterilization processes. (Roll per 750 double adhesive labels). Class 1 (EN ISO 11140-1:2009) / Indicador Químico para procesos de esterilización por vapor. (Rollo de 750 etiquetas doble adhesivo) Clase 1 (EN ISO 11140-1:2009)

Batch number / Número de Lote: CD23310713

Manufacture date / Fecha de fabricación: 07.2013

Expiration date / Fecha de vencimiento: 07.2018

Transition color / Color de Transición: Turns to Brown / Vira a Marrón

Process specification / Especificaciones de proceso: 10 min., 121 °C // 2.0 min., 134 °C,
STEAM

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

Conclusion: The product batch **CD23310713** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **CD23310713** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.

BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

LIC. ARIANA TOCINO
DIRECTOR GENERAL