



TERRAGENE

Innovation *in technologies*  
for sterilization and  
disinfection control



03/06/2014

**Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto**

**Product code / Código de Producto:** CD23

**Product description / Descripción de producto:** Chemical Indicator for Steam sterilization processes. (Roll per 750 double adhesive labels). Class 1 (EN ISO 11140-1:2009) / Indicador Químico para procesos de esterilización por Vapor. (Rollo de 750 etiquetas doble adhesivo). Clase 1 (EN ISO 11140-1:2009)

**Batch number / Número de Lote:** CD23210514

**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 05.2014

**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 05.2019

**Transition color / Color de Transición:** Turns to Brown / Vira a Marrón

**Process specification / Especificaciones de proceso:** 10 min., 121 °C // 2.0 min., 134 °C.

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**Conclusion:** The product batch **CD23210514** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **CD23210514** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.

TERRAGENE S.R.L.  
Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO