

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

December 23rd, 2020Product code / Código de producto: CD23

Product description / Descripción de producto: Chemical Indicator for Steam sterilization processes (750 double self-adhesive labels per roll), type 1 (according to ISO 11140-1). / Indicador Químico para procesos de esterilización por Vapor (rollo de 750 etiquetas doble autoadhesivo), tipo 1 (conforme ISO 11140-1).

Batch number / Número de lote: CD23101120Manufacture date / Fecha de fabricación: 2020-11Expiration date / Fecha de vencimiento: 2025-11Transition color / Color de Transición: Turns to dark brown. / Vira a marrón oscuro.Endpoint conditions / Condiciones del punto final: 10 min., 121 °C // 2 min., 134 °C.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **CD23101120** meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation. / El lote de producto **CD23101120** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.



TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO