

November 25th, 2021**Product code / Código de producto:** CD23**Product description / Descripción de producto:** Chemical Indicator for Steam sterilization processes (750 double self-adhesive labels per roll), type 1 (according to ISO 11140-1). / Indicador Químico para procesos de esterilización por Vapor (rollo de 750 etiquetas doble autoadhesivo), tipo 1 (conforme ISO 11140-1).**Batch number / Número de lote:** B10601**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2021-11**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2026-11**Transition color / Color de Transición:** Turns to dark brown. / Vira a marrón oscuro.**Endpoint conditions / Condiciones del punto final:** 10 min., 121 °C // 2 min., 134 °C.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **B10601** meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation. / El lote de producto **B10601** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.


TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO