



09-04-13

TERRAGENE
BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: CD230

Product description / Descripción de producto: Chemical Tubes for Steam Sterilization Control CHEMDYE® TERRAGENE®. Class 4 (EN ISO 11140-1:2009) / Tubos químicos para control de esterilización por Vapor CHEMDYE® TERRAGENE®. Clase 4 (EN ISO 11140-1:2009)

Batch number / Número de Lote: CD230042013

Manufacture date / Fecha de fabricación: 04.2013

Expiration date / Fecha de vencimiento: 04.2014

Transition color / Color de Transición: Turns to green / Vira a verde.

Process specification / Especificaciones de proceso: for use in steam autoclaves working at 60min-160 °C/ 30min-170°C. GREEN SPOT. / 60min-160°C/ 30min-170°C para ser usados en autoclaves de vapor y de fluidos. PUNTO VERDE.

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established./Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

Conclusion: The product batch **CD230042013** meets the specifications under USP and EN ISO11140-1:2009 regulation./El lote de producto **CD230042013** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.



TERRAGENE S.R.L.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO

