

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

February 14th, 2020Product code / código de Producto: CD230

Product description / Descripción de producto: Multi-variable Chemical Tubes for Dry Heat sterilization control. Type 4 (according to ISO 11140-1). / Tubos Químicos multi-variables para control de esterilización por Calor Seco. Tipo 4 (conforme ISO 11140-1).

Batch number / Número de lote: CD230230120Manufacture date / Fecha de fabricación: 2020-01Expiration date / Fecha de vencimiento: 2022-01Transition color / Color de Transición: Turns to Green / Vira a Verde.

Endpoint conditions / Condiciones del punto final: 160 °C for 60 min or 170 °C for 30 min, in Dry Heat ovens/ sterilizers. GREEN SPOT. // 160 °C por 60 min o 170 °C por 30 min en hornos / esterilizadores de Calor Seco. PUNTO VERDE.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **CD230230120** meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation / El lote de producto **CD230230120** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.



TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO