



10-05-13

TERRAGENE
BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: CD250

Product description / Descripción de producto: Chemical Tubes for Steam Sterilization Control CHEMDYE® TERRAGENE®. Class 4 (EN ISO 11140-1:2009) / Tubos químicos para control de esterilización por Vapor CHEMDYE® TERRAGENE®. Clase 4 (EN ISO 11140-1:2009)

Batch number / Número de Lote: CD250052013

Manufacture date / Fecha de fabricación: 05.2013

Expiration date / Fecha de vencimiento: 05.2014

Transition color / Color de Transición: Turns to green / Vira a verde.

Process specification / Especificaciones de proceso: for dry heat ovens/sterilizers working at 120min-160 °C/ 60min-170°C or 30min-180°C. WHITE SPOT. / para calor seco a 120min-160°C/ 60min-170°C o 30min-180°C .PUNTO BLANCO.

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established./Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

Conclusion: The product batch **CD250052013** meets the specifications under USP and EN ISO11140-1:2009 regulation./El lote de producto **CD250052013** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.


TERRAGENE S.R.L.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO