

February 23rd, 2022**Product code / Código de producto:** CD250**Product description / Descripción de producto:** Multi-variable Chemical Tubes for Dry Heat sterilization control (WHITE SPOT), type 4 (according to ISO 11140-1). / Tubos Químicos multi-variables para control de esterilización por Calor Seco (PUNTO BLANCO), tipo 4 (conforme ISO 11140-1).**Batch number / Número de lote:** A20061**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2022-02**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2024-02**Transition color / Color de Transición:** Turns to Green / Vira a Verde.**Endpoint conditions / Condiciones del punto final:** 120 minutes at 160 °C or 60 minutes at 170 °C or 35 minutes at 180 °C in Dry Heat ovens/sterilizers. // 120 minutos a 160 °C o 60 minutos a 170 °C o 35 minutos a 180 °C en hornos/esterilizadores de Calor Seco.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **A20061** meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation. / El lote de producto **A20061** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.


TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO