



April 1st, 2016

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / código de Producto: CD26

Product description / Descripción de producto: Chemical Indicator for Steam sterilization processes. Type 1 (ISO 11140-1:2014) / Indicador Químico para procesos de esterilización por Vapor. Tipo 1 (ISO 11140-1:2014)

Batch number / Número de lote: CD26010216

Manufacture date / Fecha de fabricación: 01.02.16

Expiration date / Fecha de vencimiento: 01.02.21

Transition color / Color de Transición: Turns to Green / Vira a Verde.

Process specification / Especificaciones de proceso: 10 min., 121 °C // 2 min., 134 °C.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP y ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **CD26010216** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation / El lote de producto **CD26010216** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO