



19/04/11

TERRAGENE

BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

**Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto**

**Product code / Código de Producto:** CD27

**Product description / Descripción de producto:** Chemical Indicator for steam sterilization process. (Roll per 1000 stickers). Class 1 (EN ISO 11140-1:2009)/ Indicador Químico para procesos de esterilización por vapor. (Rollo de 1000 etiquetas autoadhesiva) Clase 1 (EN ISO 11140-1:2009)

**Batch number / Número de Lote:** CD27 180411

**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 04.2011

**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 04.2016

**Transition color / Color de Transición:** Turns to green/ Vira al verde

**Process specification / Especificaciones de proceso:** 10 min., 121°C/ 2.0 min., 134°C,  
STEAM

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established.  
Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**Conclusion:** The product batch **CD27 180411** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **CD27 180411** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.

  
TERRAGENE S.R.L.  
Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO