

January 31<sup>st</sup>, 2023**Product code / código de Producto:** CD27**Product description / Descripción de producto:** Chemical Indicator for Steam sterilization processes. (1000 stickers per roll). Type 1 (ISO 11140-1) / Indicador Químico para procesos de esterilización por Vapor. (Rollo de 1000 etiquetas autoadhesivas). Tipo 1 (ISO 11140-1)**Batch number / Número de lote:** B20675**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2022-12**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2027-12**Transition color / Color de Transición:** Turns to Green / Vira a Verde.**Process specification / Especificaciones de proceso:** 10 min., 121 °C // 2 min., 134 °C.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**CONCLUSION:** Product batch **B20675** meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation / El lote de producto **B20675** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.

**TERRAGENE S.A.**Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO