

December 2nd, 2023

Product code / código de Producto: CD27

Product description / Descripción de producto: Chemical Indicator for Steam sterilization processes. (1000 stickers per roll). Type 1 (ISO 11140-1) / Indicador Químico para procesos de esterilización por Vapor. (Rollo de 1000 etiquetas autoadhesivas). Tipo 1 (ISO 11140-1)

Batch number / Número de lote: B30626Manufacture date / Fecha de fabricación: 2023-11Expiration date / Fecha de vencimiento: 2028-11Transition color / Color de Transición: Turns to Green / Vira a Verde.Process specification / Especificaciones de proceso: 10 min., 121 °C // 2 min., 134 °C.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch B30626 meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation / El lote de producto B30626 cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO