



03-2014

TERRAGENE
BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: CD28

Product description / Descripción de producto: Documentation System. Chemical Indicator for steam sterilization process. (Roll per 1000 labels). Class 1 (EN ISO 11140-1:2009) / Sistema de documentación. Indicador Químico para procesos de esterilización por vapor. (Rollo de 1000 etiquetas autoadhesivas) Clase 1 (EN ISO 11140-1:2009)

Batch number / Número de Lote: CD28140314

Manufacture date / Fecha de fabricación: 03.2014

Expiration date / Fecha de vencimiento: 03.2019

Transition color / Color de Transición: Turns to GREEN / Vira al VERDE

Process specification / Especificaciones de proceso: 10 min., 121 °C/ 2.0 min., 134 °C, STEAM

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established.

Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

Conclusion: The product batch **CD28140314** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **CD28140314** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.

BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

TERRAGENE S.R.L.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO