



22-02-2011

TERRAGENE

BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: CD28

Product description / Descripción de producto: Documentation System. Chemical Indicator for steam sterilization process. (Roll per 1000 labels). Class 1 (EN ISO 11140-1:2009) / Sistema de documentación. Indicador Químico para procesos de esterilización por vapor. (Rollo de 1000 etiquetas autoadhesivas) Clase 1 (EN ISO 11140-1:2009)

Batch number / Número de Lote: CD28220212

Manufacture date / Fecha de fabricación: 02.2011

Expiration date / Fecha de vencimiento: 02.2016

Transition color / Color de Transición: Turns to green/ Vira al verde

Process specification / Especificaciones de proceso: 10 min., 121°C / 2.0 min., 134°C,
STEAM

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established.

Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

Conclusion: The product batch **CD28220212** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **CD28220212** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.


TERRAGENE S.R.L.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO