

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

February 7th, 2019Product code / Código de producto: CD28

Product description / Descripción de producto: Documentation System Labels. Chemical Indicator for Steam sterilization processes (1000 double self-adhesive labels per roll). Type1 (ISO 11140-1:2014). / Etiquetas para Sistema de Documentación. Indicador Químico para procesos de esterilización por Vapor (Rollo de 1000 etiquetas dobles autoadhesivas). Tipo 1 (ISO 11140-1:2014).

Batch number / Número de lote: CD28160119Manufacture date / Fecha de fabricación: 2019-01Expiration date / Fecha de vencimiento: 2024-01Transition color / Color de transición: Turns to Green. / Vira a Verde.Process specification / Especificaciones de proceso: 10 min., 121 °C // 2 min., 134 °C.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **CD28160119** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation. / El lote de producto **CD28160119** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO