

March 3rd, 2023**Product code / Código de producto:** CD28**Product description / Descripción de producto:** Documentation System Labels. Chemical Indicator for Steam sterilization processes (1000 double self-adhesive labels per roll), type 1 (ISO 11140-1). / Etiquetas para Sistema de Documentación. Indicador Químico para procesos de esterilización por Vapor (Rollo de 1000 etiquetas dobles autoadhesivas), tipo 1 (ISO 11140-1).**Batch number / Número de lote:** B30072**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2023-01**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2028-01**Transition color / Color de transición:** Turns to green. / Vira a verde.**Endpoint conditions / Condiciones del punto final:** 10 min., 121 °C // 2 min., 134 °C.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **B30072** meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation. / El lote de producto **B30072** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.


TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO