



12-2013

TERRAGENE  
BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

**Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto**

**Product code / Código de Producto:** CD29

**Product description / Descripción de producto:** Multiparameter indicator for steam sterilization processes. Class 4 (EN ISO 11140-1:2009) / Indicador multiparámetro para procesos de esterilización por vapor. Clase 4 (EN ISO 11140-1:2009)

**Batch number / Número de Lote:** CD29122013

**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 12.2013

**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 12.2018

**Transition color / Color de Transición:** Turns to BLACK / Vira a NEGRO.

**Process specification / Especificaciones de proceso:** 15 min, 121°C / 3.5 min, 134°C, STEAM

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. /Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**CONCLUSION:** The product batch **CD29122013** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **CD29122013** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.

BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

  
TERRAGENE S.R.L.  
Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO