

May 30th, 2024Product code / Código de Producto: CD29

Product description / Descripción de producto: Multivariable Process Indicator for Steam sterilization processes (punched double strips). Type 4 (according to ISO 11140-1). / Indicador Químico Multivariable para procesos de esterilización por Vapor (tiras dobles troqueladas). Tipo 4 (conforme ISO 11140-1).

Batch number / Número de lote: B40236Manufacture date / Fecha de fabricación: 2024-05-01Expiration date / Fecha de vencimiento: 2029-04-30Transition color / Color de Transición: Turns to black / Vira a negro.Endpoint conditions / Condiciones del punto final: 15 min., 121 °C // 3.5 min., 134 °C.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch B40236 meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation / El lote de producto B40236 cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovello
DIRECTOR TÉCNICO