



06-05-13

TERRAGENE
BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: CD30

Product description / Descripción de producto: Multiparameter indicator for dry heat sterilization process. Class 4 (EN ISO 11140-1:2009) / Indicador multiparámetro para procesos de esterilización por calor seco. Clase 4 (EN ISO 11140-1:2009)

Batch number / Número de Lote: CD30042013

Manufacture date / Fecha de fabricación: 04.2013

Expiration date / Fecha de vencimiento: 04.2018

Transition color / Color de Transición: Turns to brown / Vira a marrón.

Process specification / Especificaciones de proceso: 160 °C, 40 min.

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

Conclusion: The product batch **CD30042013** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **CD30042013** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.


TERRAGENE S.R.L.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO