



29-06-10

# TERRAGENE

BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

## Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

**Product code / Código de Producto:** CD30

**Product description / Descripción de producto:** Multiparameter indicator for dry heat sterilization process. Class 4 (EN ISO 11140-1:2009) / Indicador multiparámetro para procesos de esterilización por calor seco. Clase 4 (EN ISO 11140-1:2009)

**Batch number / Número de Lote:** CD30 240610

**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 06.2010

**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 06.2015

**Transition color / Color de Transición:** Turns to brown / Vira a marrón.

**Process specification / Especificaciones de proceso:** 160 °C, 40 min.

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**Conclusion:** The product batch **CD30 160210** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **CD30 160210** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.

BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

TERRAGENE S.R.L.  
Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO