



September 20th, 2014

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: CD30

Product description / Descripción de producto: Chemical Indicator for Dry Heat sterilization processes. Class 4 (EN ISO 11140-1:2009) / Indicador Químico para procesos de esterilización por Calor Seco. Clase 4 (EN ISO 11140-1:2009).

Batch number / Número de Lote: CD30092014

Manufacture date / Fecha de fabricación: 09.2014

Expiration date / Fecha de vencimiento: 09.2019

Transition color / Color de Transición: Turns to Brown / Vira a Marrón

Process specification / Especificaciones de proceso: 160 °C, 40 min. // 180 °C, 20 min.

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: The product batch **CD30092014** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation / El lote de producto **CD30092014** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.



TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO