



July 6<sup>th</sup>, 2016

**Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto**

**Product code / código de Producto:** CD30

**Product description / Descripción de producto:** Multi-variable Chemical Indicator for Dry Heat sterilization processes. Type 4 (ISO 11140-1:2014) / Indicador Químico Multi-variable para procesos de esterilización por Calor Seco. Tipo 4 (ISO 11140-1:2014).

**Batch number / Número de lote:** CD30150616

**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2016-06

**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2021-06

**Transition color / Color de Transición:** Turns to Brown / Vira a Marrón.

**Process specification / Especificaciones de proceso:** 40 min., 160 °C // 20 min., 180 °C.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP y ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**CONCLUSION:** Product batch **CD30150616** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation / El lote de producto **CD30150616** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.  
Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO