

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

June 2nd, 2017**Product code / código de Producto:** CD30**Product description / Descripción de producto:** Multi-variable Chemical Indicator for Dry Heat sterilization processes. Type 4 (ISO 11140-1:2014) / Indicador Químico Multi-variable para procesos de esterilización por Calor Seco. Tipo 4 (ISO 11140-1:2014).**Batch number / Número de lote:** CD30260417**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2017-04**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2022-04**Transition color / Color de Transición:** Turns to Brown / Vira a Marrón.**Process specification / Especificaciones de proceso:** 40 min., 160 °C // 20 min., 180 °C.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **CD30260417** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation / El lote de producto **CD30260417** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO