

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

July 24th, 2019

Product code / Código de producto: CD30

Product description / Descripción de producto: Multi-variable Chemical Indicator for Dry Heat sterilization processes. Type 4 (11140-1). / Indicador Químico Multi-variable para procesos de esterilización por Calor Seco. Tipo 4 (11140-1).

Batch number / Número de lote: CD30040719

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2019-07

Expiration date / Fecha de vencimiento: 2024-07

Transition color / Color de transición: Turns to Brown / Vira a Marrón.

Process specification / Especificaciones de proceso: 40 min., 160 °C // 20 min., 180 °C.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **CD30040719** meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation. / El lote de producto **CD30040719** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.



TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO