

April 22nd, 2024**Product code / Código de producto:** CD30**Product description / Descripción de producto:** Multi-variable Chemical Indicator for Dry Heat sterilization processes. Type 4 (according to ISO 11140-1). / Indicador Químico Multi-variable para procesos de esterilización por Calor Seco. Tipo 4 (conforme ISO 11140-1).**Batch number / Número de lote:** B40153**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2024-04**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2029-04**Transition color / Color de transición:** Turns to Brown / Vira a Marrón.**Endpoint conditions / Condiciones del punto final:** 40 min., 160 °C // 20 min., 180 °C.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **B40153** meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation. / El lote de producto **B40153** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.



TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO