



28-10-10

# TERRAGENE

BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

## **Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto**

**Product code / Código de Producto:** CD32

**Product description / Descripción de producto:** Chemical Indicator strip for dry heat sterilization process. Class 1 (EN ISO 11140-1:2009) / Tira con Indicador Químico para procesos de esterilización por calor seco. Clase 1 (EN ISO 11140-1:2009)

**Batch number / Número de Lote:** CD32 011010

**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 10.2010

**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 10.2015

**Transition color / Color de Transición:** Turns to black / Vira al negro

**Process specification / Especificaciones de proceso:** 20 min., 160 °C. DRY

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established.

Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**Conclusion:** The product batch **CD32 011010** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **CD32 011010** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.

TERRAGENE  
BIOTECNOLOGIA Y GENETICA



TERRAGENE S.R.L.  
Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO