



January 14th, 2015

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / código de Producto: CD32

Product description / Descripción de producto: Chemical Indicator for Dry Heat sterilization processes. Class 1 (EN ISO 11140-1:2009) / Indicador Químico para procesos de esterilización por Calor Seco. Clase 1 (EN ISO 11140-1:2009)

Batch number / Número de lote: CD32130115

Manufacture date / Fecha de fabricación: 01.2015

Expiration date / Fecha de vencimiento: 01.2020

Transition color / Color de Transición: Turns to Brown/Black / Vira a Marrón/Negro.

Process specification / Especificaciones de proceso: 40 min., 160 °C // 20 min., 180 °C

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and EN ISO 11140-1:2009 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **CD32130115** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation / El lote de producto **CD32130115** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO