



06-2013

TERRAGENE  
BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

**Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto**

**Product code / Código de Producto:** CD33

**Product description / Descripción de producto:** Chemical Indicator for Dry Heat sterilization process. (Roll per 750 double adhesive labels). Class 1 (EN ISO 11140-1:2009) / Indicador Químico para procesos de esterilización por Calor Seco. (Rollo de 750 etiquetas doble adhesivo). Clase 1 (EN ISO 11140-1:2009)

**Batch number / Número de Lote:** CD33270613

**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 06.2013

**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 06.2018

**Transition color / Color de Transición:** Turns to Brown / Vira a Marrón

**Process specification / Especificaciones de proceso:** 160 °C, 40 min.

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**CONCLUSION:** The product batch **CD33270613** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **CD33270613** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.

  
TERRAGENE S.R.L.  
Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO