



March 14th, 2016

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / código de Producto: CD33

Product description / Descripción de producto: Chemical Indicator for Dry Heat sterilization process. (Roll per 750 double self-adhesive labels). Class 1 (EN ISO 11140-1:2009) / Indicador Químico para procesos de esterilización por Calor Seco. (Rollo de 750 etiquetas doble autoadhesivo). Class 1 (EN ISO 11140-1:2009)

Batch number / Número de lote: CD33080316

Manufacture date / Fecha de fabricación: 08.03.16

Expiration date / Fecha de vencimiento: 08.03.21

Transition color / Color de Transición: Turns to Brown / Vira a Marrón.

Process specification / Especificaciones de proceso: 40 min, 160 °C // 20 min, 180 °C

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and EN ISO 11140-1:2009 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **CD33080316** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation / El lote de producto **CD33080316** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO