

July 05th, 2023**Product code / Código de producto:** CD33**Product description / Descripción de producto:** Chemical Indicator for Dry Heat sterilization processes. (750 double self-adhesive labels per roll). Type 1 (ISO 11140-1:2014). / Indicador Químico para procesos de esterilización por Calor Seco. (Rollo de 750 etiquetas doble autoadhesivo). Tipo 1 (ISO 11140-1:2014).**Batch number / Número de lote:** B30197**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2023-04**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2028-04**Transition color / Color de transición:** Turns to Brown / Vira a Marrón.**Process specification / Especificaciones de proceso:** 40 min. 160 °C.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **B30197** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation. / El lote de producto **B30197** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO