



05-10-2010

TERRAGENE

BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: CD37

Product description / Descripción de producto: Chemical Indicator for dry heat sterilization process. (Roll per 1000 stickers). Class 1 (EN ISO 11140-1:2009)/ Indicador Químico para procesos de esterilización por calor seco. (Rollo de 1000 etiquetas autoadhesivas) Clase 1 (EN ISO 11140-1:2009)

Batch number / Número de Lote: CD37220910

Manufacture date / Fecha de fabricación: 09.2010

Expiration date / Fecha de vencimiento: 09.2015

Transition color / Color de Transición: Turns to light brown/ Vira a marrón claro

Process specification / Especificaciones de proceso: 180 °C, 20 min // 160°C, 40 min. DRY HEAT/ CALOR SECO

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

Conclusion: The product batch **CD37220910** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **CD37220910** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.

BIOTECNOLOGIA Y GENETICA


TERRAGENE S.R.L.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TECNICO