

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

December 14th, 2016**Product code / código de Producto:** CD37**Product description / Descripción de producto:** Chemical Indicator for Dry Heat sterilization processes. (1000 self-adhesive labels per roll). Type 1 (ISO 11140-1:2014)/ Indicador Químico para procesos de esterilización por Calor Seco. (Rollo de 1000 etiquetas autoadhesivas) Tipo 1 (ISO 11140-1:2014)**Batch number / Número de lote:** CD37051216**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2016-12**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2021-12**Transition color / Color de Transición:** Turns to Brown / Vira a Marrón**Process specification / Especificaciones de proceso:** 40 min, 160 °C.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **CD37051216** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation / El lote de producto **CD37051216** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO